

実験動物人工呼吸器・回路内圧計接続方法



注意点： 回路内圧計接続ホースは、吸気側ホースに取り付けてください。

回路内圧計の表示は、動物の大きさに関係なく15 cm H₂Oが理想数値です。